

Qualitätsindikatoren HSM-Aggregatwechsel

Jahresauswertung 2012

Qualitätsindikator	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik
QI 1: Laufzeit des alten Herzschrittmacher-Aggregats		
unter 4 Jahre bei Einkammersystem (AAI, VVI)	Sentinel Event	0,0 Fälle
über 6 Jahre bei Einkammersystem (AAI, VVI)	>=75,0%	100,00%
unter 4 Jahre bei Zweikammersystem (VDD, DDD)	Sentinel Event	0,0 Fälle
über 6 Jahre bei Zweikammersystem (VDD, DDD)	>=50,0%	88,50%
Dokumentation der Laufzeit des Herzschrittmacher-Aggregats	>=90,0%	100,00%
QI 2: Eingriffsdauer bis 60 Minuten		
	>=80,0%	100,00%
QI 3: Chirurgische Komplikationen		
	<=1,0%	0,00%
QI 4: Intraoperative Reizschwellenbestimmung		
Intraoperative Reizschwellenbestimmung der Vorhofsonde	>=77,3%	100,00%
Intraoperative Reizschwellenbestimmung der Ventrikelsonden	>=85,0%	100,00%
QI 5: Intraoperative Amplitudenbestimmung		
Intraoperative Amplitudenbestimmung der Vorhofsonde	>=87,3%	100,00%
Intraoperative Amplitudenbestimmung der Ventrikelsonden	>=87,5%	100,00%
QI 6: Sterblichkeit im Krankenhaus		
	Sentinel Event	0,0 Fälle

Quelle: Jahresauswertung 2012 - 09/2 HSM-Aggregatwechsel
Praxisklinik Herz und Gefäße der BQS gGmbH