

Qualitätsindikatoren HSM-Implantation

Jahresauswertung 2012

| Qualitätsindikator | Referenzbereich | Ergebnis Praxisklinik |
|---|-----------------|-----------------------|
| QI 1: Leitlinienkonforme Indikationserstellung bei bradykarden Herzrhythmusstörungen | | |
| | >=90,0% | 100,00% |
| QI 2: Leitlinienkonforme Systemwahl bei bradykarden Herzrhythmusstörungen | | |
| | >=90,0% | 100,00% |
| QI 3: Eingriffsdauer | | |
| Eingriffsdauer bis 60 Minuten bei Implantation eines Einkammersystems (VVI) | >=60,0% | 98,10% |
| Eingriffsdauer bis 90 Minuten bei Implantation eines Zweikammersystems (DDD) | >=55,0% | 100,00% |
| QI 4: Durchleuchtungszeit | | |
| Durchleuchtungszeit bis 9 Minuten bei Implantation eines Einkammersystems (VVI) | >=75,0% | 100,00% |
| Durchleuchtungszeit bis 18 Minuten bei Implantation eines Zweikammersystems (DDD) | >=80,0% | 100,00% |
| QI 5: Perioperative Komplikationen | | |
| Chirurgische Komplikationen | <=2,0% | 1,20% |
| Sondendislokation im Vorhof | <=3,0% | 0,00% |
| Sondendislokation im Ventrikel | <=3,0% | 0,60% |
| QI 6: Intrakardiale Signalamplituden | | |
| Vorhofsonden mit intrakardialer Signalamplitude ab 1,5 mV | >=80,0% | 94,60% |
| Ventrikelsonden mit intrakardialer Signalamplitude ab 4 mV | >=90,0% | 100,00% |
| QI 7: Sterblichkeit im Krankenhaus | | |
| Verstorbene Patienten | nicht definiert | 0,00% |
| Verhältnis der beobachteten Rate zur erwarteten Rate | <=4,27 | 0 |

Quelle: Jahresauswertung 2012 - 09/1 HSM-Implantation
Praxisklinik Herz und Gefäße der BQS gGmbH