

# Qualitätsindikatoren HSM-Implantation

## Jahresauswertung 2014

Qualitätsindikator	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik
QI 1: Leitlinienkonforme Indikationserstellung bei bradykarden Herzrhythmusstörungen		
	$\geq 90,0\%$	100,00%
QI 2: Leitlinienkonforme Systemwahl bei bradykarden Herzrhythmusstörungen		
	$\geq 90,0\%$	100,00%
QI 3: Eingriffsdauer		
	$\geq 60,0\%$	98,84%
QI 4: Durchleuchtungszeit		
Durchleuchtungszeit bis 9 Minuten bei Implantation eines Einkammersystems (VVI)	nicht definiert	96,67%
Durchleuchtungszeit bis 18 Minuten bei Implantation eines Zweikammersystems (DDD)	nicht definiert	99,22%
QI 5: Qualitätsindex zu akzeptablen Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen		
	$\geq 90,0\%$	97,76%
QI 6: Perioperative Komplikationen		
Chirurgische Komplikationen	$\leq 2,0\%$	1,16%
Sondendislokation oder -dysfunktion	$\leq 3,0\%$	0,58%
QI 7: Sterblichkeit im Krankenhaus		
Verstorbene Patienten	nicht definiert	0,00%
Verhältnis der beobachteten Rate zur erwarteten Rate	$\leq 3,94$	0

Quelle: Jahresauswertung 2014 - 09/1 HSM-Implantation  
Praxisklinik Herz und Gefäße der BQS gGmbH