

Qualitätsindikatoren HSM-Implantation
Jahresauswertung 2015

| Qualitätsindikator | Referenzbereich | Ergebnis Praxisklinik |
|--|-----------------|--------------------------|
| QI 1: Leitlinienkonforme Indikation bei bradykarden Herzrhythmusstörungen | | |
| | >= 90,00% | 100,00% |
| QI 2: Leitlinienkonforme Systemwahl bei bradykarden Herzrhythmusstörungen | | |
| | >=90,00% | 98,81% |
| QI 3: Eingriffsdauer | | |
| | >=60,00% | 99,43% |
| QI 4: Qualitätsindex zu akzeptablen Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen | | |
| | >=90,00% | 98,40% |
| QI 5: Perioperative Komplikationen | | |
| Chirurgische Komplikationen | <=2,00% | 0,57% |
| Sondendislokation oder -dysfunktion | <=3,00% | 0,57% |
| QI 6: Sterblichkeit im Krankenhaus | | |
| Sterblichkeit im Krankenhaus | nicht definiert | 1,70% ¹⁾ |
| Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen | <=3,74 | 1,76 |

¹⁾ durch schwerste Komorbidität bedingt (annehmbar nicht prozedurassoziiert)

Quelle:
BQS Institut für Qualität und Patientensicherheit
Jahresauswertung 2015 der Praxisklinik Herz und Gefäße
Herzschrittmacher-Implantation