

Qualitätsindikatoren HSM-Implantation
Jahresauswertung 2016

Qualitätsindikator	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik
QI 1: Leitlinienkonforme Indikation bei bradykarden Herzrhythmusstörungen		
	>= 90,00%	100,00%
QI 2: Leitlinienkonforme Systemwahl bei bradykarden Herzrhythmusstörungen		
	>=90,00%	93,51%
QI 3: Eingriffsdauer		
	>=60,00%	100,00%
QI 4: Dosis-Flächen-Produkt		
	>=37,82%	99,51%
QI 5: Qualitätsindex zu akzeptablen Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen		
	>=90,00%	97,40%
QI 6: Perioperative Komplikationen		
Chirurgische Komplikationen	<=2,00%	0,49%
Sondendislokation oder -dysfunktion	<=3,00%	0,49%
QI 7: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen		
	<=3,99	0,89

Quelle:
BQS Institut für Qualität und Patientensicherheit
Jahresauswertung 2016 der Praxisklinik Herz und Gefäße
Herzschrittmacher-Implantation