

Qualitätsindikatoren ICD-Implantationen

Jahresauswertung 2012

Qualitätsindikator	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik
QI 1: Leitlinienkonforme Indikation		
	>=90,0%	95,20%
QI 2: Leitlinienkonforme Systemwahl		
	>=90,0%	97,10%
QI 3: Eingriffsdauer		
bis 75 Minuten bei Implantation eines Einkammersystems (VVI)	>=60,0%	100,00%
bis 105 Minuten bei Implantation eines Zweikammersystems (VDD, DDD)	>=55,0%	100,00%
bis 240 Minuten bei Implantation eines CRT-Systems	>90,0%	100,00%
QI 4: Durchleuchtungszeit		
bis 9 Minuten bei Implantation eines Einkammersystems (VVI)	>=75,0%	98,20%
bis 18 Minuten bei Implantation eines Zweikammersystems (VDD, DDD)	>=80,0%	100,00%
bis 60 Minuten bei Implantation eines CRT-Systems	>=90,0%	100,00%
QI 5: Intraoperative Amplitudenbestimmung		
Vorhofsonden	>=95,0%	100,00%
Ventrikelsonden	>=95,0%	100,00%
QI 6: Perioperative Komplikationen		
Chirurgische Komplikationen	<=4,4%	0,00%
Vorhofsondendislokation oder Vorhofsondendysfunktion	<=2,7%	0,00%
Ventrikelsondendislokation oder Ventrikelsondendysfunktion	<=3,1%	0,00%
QI 7: Sterblichkeit im Krankenhaus		
bei allen Patienten	nicht definiert	0,00%
Verhältnis der beobachteten Rate zur erwarteten Rate (O/E)	<=5,25	0

Quelle: Jahresauswertung 2012 - 09/4 ICD-Implantation Praxisklinik Herz und Gefäße der BQS gGmbH