

# Qualitätsindikatoren ICD-Revision

## Jahresauswertung 2013

Qualitätsindikator	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik
QI 1: Hardwareproblem (Aggregat oder Sonde) als Indikation zum Folgeeingriff		
	<=9,2%	1,90%
QI 2: Prozedurassoziertes Problem (Sonden- oder Taschenproblem) als Indikation zum Folgeeingriff		
	<=6,0%	1,10%
QI 3: Infektion als Indikation zum Folgeeingriff		
	<=4,3%	0,00%
QI 4: Intraoperative Reizschwellenbestimmung bei revidierten Sonden		
Vorhofsonden	>=95,0%	100,00%
Ventrikelsonden	>=95,0%	100,00%
QI 5: Intraoperative Amplitudenbestimmung bei revidierten Sonden		
Vorhofsonden	>=95,0%	100,00%
Ventrikelsonden	>=95,0%	100,00%
QI 6: Perioperative Komplikationen		
Chirurgische Komplikationen	<=5,2%	0,00%
Vorhofsondendislokation oder Vorhofsondendysfunktion	<=4,2%	0,00%
Ventrikelsondendislokation oder Ventrikelsondendysfunktion	<=4,6%	0,00%
QI 7: Sterblichkeit im Krankenhaus		
bei allen Patienten	nicht definiert	0,00%
Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E)	<=4,48	0

Quelle: Jahresauswertung 2013 - 09/6 Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation  
Praxisklinik Herz und Gefäße der BQS gGmbH