

Qualitätsindikatoren ICD-Revision

Jahresauswertung 2014

Qualitätsindikator	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik
QI 1: Hardwareproblem (Aggregat oder Sonde) als Indikation zum Folgeeingriff		
	<=8,61%	0,00%
QI 2: Prozedurassoziertes Problem (Sonden- oder Taschenproblem) als Indikation zum Folgeeingriff		
	<=6,0%	0,68%
QI 3: Infektion als Indikation zum Folgeeingriff		
	<=3,78%	0,00%
QI 4: Perioperative Komplikationen		
Chirurgische Komplikationen	<=2,0%	0,00%
Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden	<=3,0%	0,00%
QI 5: Sterblichkeit im Krankenhaus		
bei allen Patienten	nicht definiert	0,00%
Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E)	<=3,71	0

Quelle: Jahresauwertung 2014 - 09/6 Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
Praxisklinik Herz und Gefäße der BQS gGmbH