

Qualitätsindikatoren ICD-Implantation
 Jahresauswertung 2020 - 2021

Qualitätsindikator	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik 2020	Ergebnis Praxisklinik 2021
Leitlinienkonforme Indikation	>= 90,0%	98,4%	98,3%
Leitlinienkonforme Systemwahl	>= 90,0%	98,4%	100,0%
Möglichst kurze Eingriffsdauer	>= 60,0%	100,0%	99,2%
Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Fällen mit erhöhtem Dosis-Flächen-Produkt	<=2,7	0,9	0,3
Qualitätsindex zu akzeptablen Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen	>= 90,0%	100,0%	100,0%
Perioperative Komplikationen			
Nicht sondenbedingte Komplikationen	<= 2,5%	0,0%	0,0%
Sondendislokation oder -dysfunktion	<= 3,0%	0,0%	0,0%
Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen	2020: <= 7,0 2021: <= 2,6	0,0	0,0

Quelle:
 „QS-Monitor“ der Firma Saattmann GmbH & Co. KG
 Jahresauswertungen 2020 – 2021 der Praxisklinik Herz und Gefäße
 Implantierbare Defibrillatoren-Implantation