

Qualitätsindikatoren ICD-Aggregatwechsel  
 Jahresauswertung 2020 - 2021

Qualitätsindikator	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik 2020	Ergebnis Praxisklinik 2021
Qualitätsindex zur Durchführung intraoperativer Messungen von Reizschwellen und Signalamplituden	$\geq 95,0\%$	99,6%	100,0%
Nicht sondenbedingte Komplikationen	$\leq 3,8\%$	0,0%	0,0%

Quelle:  
 „QS-Monitor“ der Firma Saatmann GmbH & Co. KG  
 Jahresauswertungen 2020 - 2021 der Praxisklinik Herz und Gefäße  
 Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel