

Qualitätsindikatoren ICD-Implantation
Jahresauswertung 2016

Qualitätsindikator	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik
QI 1: Leitlinienkonforme Indikation		
	$\geq 90,00\%$	100,00%
QI 2: Leitlinienkonforme Systemwahl		
	$\geq 90,00\%$	99,21%
QI 3: Eingriffsdauer		
	$\geq 60,00\%$	100,00%
QI 4: Dosis-Flächen-Produkt		
	$\geq 46,34\%$	99,21%
QI 5: Qualitätsindex zu akzeptablen Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen		
	$\geq 90,00\%$	98,28%
QI 6: Perioperative Komplikationen		
Chirurgische Komplikationen	$\leq 2,00\%$	0,00%
Sondendislokation oder -dysfunktion	$\leq 3,00\%$	0,00%
QI 7: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen		
	$\leq 5,80$	0,00

Quelle:
BQS Institut für Qualität und Patientensicherheit
Jahresauswertung 2016 der Praxisklinik Herz und Gefäße
Implantierbare Defibrillatoren-Implantation